

EAEU における問題点と要望

	区分	経由団体※	No	問題点	問題点内容	要望	準拠法																								
19	工業規格、基準 安全認証	医機連	(1)	医療機器登録申請の煩雑・遅延・コスト負担	・ロシア医療機器登録申請では準備から認証まで他国と比べ長く、少なくとも18か月かかる。 また、2022年から強制化されるユーラシア経済連合の医療機器規制関連法では2年かかると言われている。 たとえば、その間にバージョンが上ると、申請中の古いバージョンと両方対応できるようにしておく必要があり、その負担が大になる。また、部品改廃で申請と違う部品などを使用せざるを得なくなった場合、変更申請しない限り販売できなくなるケースもある。 (継続)	・申請法規関連の見直し。	・医療機器に関する基本法令:ロシア連邦法第FZ-323号「ロシア連邦における国民の健康を守るための基礎について」第5章第38条(医療機器)																								
22	環境問題・廃棄物処理問題	日機輸	(1)	省エネ規格	・EAEU(ユーラシア経済連合)が発行した省エネ規則(2021年9月施行予定、2年間の移行措置)において、オフモード(メカ)、スタンバイモード(メカ)の基準が、EUの規格よりも厳しく、設計変更が必要となる。 <table><thead><tr><th></th><th>EAEU</th><th>ベラルーシ</th><th>Lot6(EU)</th></tr></thead><tbody><tr><td>スタンバイモード(自動)</td><td>0.5W</td><td>0.5W</td><td>0.5W</td></tr><tr><td>オフモード(自動)</td><td>0.5W</td><td>0.5W</td><td>0.5W</td></tr><tr><td>スタンバイモード(メカ、表示無)</td><td>0.1W</td><td>0.1W</td><td>0.5W</td></tr><tr><td>スタンバイモード(メカ、表示有)</td><td>0.3W</td><td>0.3W</td><td>0.8W</td></tr><tr><td>オフモード(メカ)</td><td>0.3W</td><td>0.3W</td><td>0.5W</td></tr></tbody></table> (継続)		EAEU	ベラルーシ	Lot6(EU)	スタンバイモード(自動)	0.5W	0.5W	0.5W	オフモード(自動)	0.5W	0.5W	0.5W	スタンバイモード(メカ、表示無)	0.1W	0.1W	0.5W	スタンバイモード(メカ、表示有)	0.3W	0.3W	0.8W	オフモード(メカ)	0.3W	0.3W	0.5W	・オフモード、スタンバイモードの省エネ規格基準を欧州と合わせる。	
	EAEU	ベラルーシ	Lot6(EU)																												
スタンバイモード(自動)	0.5W	0.5W	0.5W																												
オフモード(自動)	0.5W	0.5W	0.5W																												
スタンバイモード(メカ、表示無)	0.1W	0.1W	0.5W																												
スタンバイモード(メカ、表示有)	0.3W	0.3W	0.8W																												
オフモード(メカ)	0.3W	0.3W	0.5W																												
		時計協	(2)	環境法規制の乱立	・環境法規制については、独自の規制および義務を展開しており、グローバル対応が非常に難しい。実効性のない規制が多い。	・法規制のグローバル統一化。	・環境法規制																								

※経由団体:各個社の意見がどの団体を經由して提出されたかを表したものであり、表示団体を代表する「主張」「総意」等を意味するものではありません。